



Zertifikat zu Bewertungsschreiben VN635 168522

gemäß Erlass GZ 2020-0.198.830 sowie gemäß "Prüfgrundsatz für Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA)" für das Inverkehrbringen in Österreich

(Auftrag VN635 168522.1 / Prüfbericht PTP-Prüfbericht-Nr.: T20-0624/3)

Ausgestellt für Inverkehrbringer

Wiener Krankenanstaltenverbund
SSC Einkauf
Guglgasse 17. 2.OG
1110 Wien
AUSTRIA

Hersteller

Jiang Xi 3L Medical Products Group Co Ltd
No 599 Huoju Street High-Tech Development
Zone
Nanchang Jiangxi, China 330029
CHINA

Aufgrund der eingereichten Unterlagen und der durchgeführten Untersuchungen wird bescheinigt, dass die Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA)

"57793 Public N95 respirator - N95-D(II)"

(Fotodokumentation siehe Rückseite)

den Anforderungen des verkürzten Bewertungsverfahrens gemäß Erlass GZ 2020-0.198.830 sowie gemäß "Prüfgrundsatz*" für Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA)" für das Inverkehrbringen in Österreich in Anlehnung an EN 149:2001+A1:2009 entspricht, somit kann folgendes festgestellt werden:

Die Corona-Virus Pandemie Atemschutzmaske (CPA) hat die durchgeführte Prüfung mit positivem Ergebnis bestanden ^{Anm.)}

Anm.) Die Passform der Maske ist abhängig von der Gesichtsform des Trägers, daher ist vor der Verwendung eine Passformkontrolle durchzuführen. Hierzu muss der Maske eine entsprechende Information beigelegt werden.

Sie wird zugeordnet der **PSA-Kategorie III**

Dieses Bewertungsschreiben gilt ausschließlich für Corona-Virus Pandemie Atemschutzmaske (CPA) für die Verwendung für medizinischen Fachkräften für die Dauer der derzeitigen Gesundheitsbedrohung und/oder bis zum Außerkrafttreten des Erlass GZ 2020-0.198.830.

Ing. Judith Pointner

Leiterin Zertifizierungsstelle

ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Notifizierte Stelle Nr. NB 0534

Wien, 08.05.2020

*) nicht harmonisierte Norm

Fotodokumentation

